



IRMANDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Fundada em 1901

NOTA DE CORREÇÃO

EDITAL 002/2020 CONVÊNIO 886351/2019

Item 09: Microscópio Cirúrgico: **onde se lê** Estativa de Solo com sistema de bloqueio eletromagnético ou manual em todos os movimentos, **deve-se ler:** sistema de bloqueio eletromagnético. A alteração se justifica devido o sistema de freio eletromagnético proporcionar maior estabilidade ao procedimento cirúrgico, tornando -o mais seguro, devido a não ocorrência de movimentação do aparelho durante a cirurgia.

Diamantina, 20 de fevereiro de 2020

Christiano da Silva Orlandi

Médico Coordenador do Centro Cirúrgico