



**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 17/2020**

PROCESSO DE COMPRAS Nº: 17/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

**OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

**1 - PREÂMBULO**

A Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, Instituição privada sem fins lucrativos, regularmente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número CNPJ 20.081.238/0001-04, com sede na Praça Redelvím Andrade 564, Bairro Centro, Cidade Diamantina, Minas Gerais, CEP 39.100-000, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 17/2020**, do tipo **MENOR PREÇO** no âmbito do convênio **900611/2020**, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde e a Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, objetivando a Aquisição dos seguintes itens:

Item	Quantidade	Item	Quantidade
Mesa de Mayo	10	Cilindro de gases medicinais	02
Carro de curativos	01	Esfigmomanômetro adulto	10
Marcapasso cardíaco externo	01	Nebulizador portátil	05
Cadeira de rodas adulto	02	Armário	02
Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico	10	Foco refletor ambulatorial	03
Carro de emergência	02	Computador desktop básico	02
Aparelho para Hemodiálise	01	Cardioversor	01
Bomba de infusão	12	Oxímetro de pulso	14
Eletrocardiógrafo	02	Estetoscópio adulto	10
Cadeira de rodas para obeso	01	Medidor de Cuff	01
Esfigmomanômetro	02	Mesa de escritório	04



obeso			
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	13	Osrose reversa	01
Banqueta	08	Lanterna clínica	03
Monitor multiparâmetros	06	Ventilômetro/Respirômetro	01
Monitor multiparâmetros para UTI	07	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	10

A presente **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS** - será realizada por intermédio da Plataforma + Brasil/ SICONV e regida pelo Decreto Federal nº 6.170/2007 e pela portaria 424 de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações em Portaria 558 de 10 de outubro de 2019, bem como pelas condições estabelecidas nesta Cotação Prévia e seus anexos.

## **2.DA ENTREGA DA PROPOSTA COMERCIAL**

**2.1** A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados da Comissão de Aquisição, através do e-mail [cotacaoprevia@hnss.org.br](mailto:cotacaoprevia@hnss.org.br), devidamente assinada, no período de 29/12/2020 a 08/01/2021, até às 23:59 min, ou entregues diretamente no Setor de Convênios desta Instituição no endereço: Praça Redelvim Andrade 564, Bairro Centro, Cidade Diamantina, Minas Gerais, CEP 39.100-000 do dia 29/12/2020 ao dia 08/01/2021 de até as 17:00 horas, onde serão protocolados.

**2.2** Deverão ser entregues dois envelopes, sendo o **Envelope "A"** contendo a documentação de Habilitação dos interessados e o **Envelope "B"** contendo a Proposta comercial.

**2.3** No caso de propostas encaminhadas por meio eletrônico (e-mail), a documentação de Habilitação deverá ser entregue pela empresa junto com a proposta comercial, em arquivos separados.

**2.4** A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, bem como a análise dos documentos enviados de forma eletrônica, dar-se-á no mesmo endereço retro estabelecido, no dia **13/01/2021 às 14:00 horas no Auditório do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV**. Havendo concordância da Comissão de Aquisição e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura de Termo de Renúncia do Recurso, renunciando à interposição de recursos da fase de habilitação, proceder-se-á nesta mesma data à abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços dos proponentes habilitados.

### 3 - DO CREDENCIAMENTO

Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o processo de cotação prévia de preço, deverá apresentar à Comissão de Processo de Aquisição, antes da abertura do envelope de documentação de habilitação, os seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade ou documento de identidade equivalente do representante;
  - b) Procuração ou Carta de Credenciamento firmada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devendo ser comprovada condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado, para todos os atos relativos a este edital, inclusive renunciar a prazos e recursos.
- Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este apresentar Carteira de Identidade ou documento de identidade equivalente, bem como documento original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou no caso de empresa individual, o registro comercial.

### 4 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1 - Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente Cotação Prévia de Preços deverão ser dirigidos, por escrito e com identificação (CNPJ, Razão Social, nome do Representante legal, endereço, telefone, fax e e-mail), ao Setor de convênios ou direção da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde para o e-mail: [cotacaoprevia@hnss.org.br](mailto:cotacaoprevia@hnss.org.br), em até (02) dois dias úteis antes da data de entrega das propostas.

4.2 - As respostas às consultas formuladas serão comunicadas aos interessados através de e-mail.

### 5- DO OBJETO

Constitui objeto da presente Cotação Prévia de Preços a aquisição de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MESA DE MAYO, CARRO DE CURATIVOS, MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO, CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, NEBULIZADOR PORTÁTIL, CADEIRA DE RODAS ADULTO, ARMÁRIO, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA, COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO, APARELHO PARA HEMODIÁLISE, CARDIOVERSOR, BOMBA DE INFUSÃO, OXÍMETRO DE PULSO, ELETROCARDÍOGRAFO, ESTETOSCÓPIO ADULTO, CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, MEDIDOR DE CUFF, ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, MESA DE ESCRITÓRIO, REANIMADOR



**PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), OSMOSE REVERSA, BANQUETA, LANTERNA CLÍNICA, MONITOR MULTIPARÂMETROS, VENTILÔMETRO/RESPIRÔMETRO, MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA), a fim de suprir as necessidades da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, conforme especificado no Anexo I - Especificações do Objeto.**

#### **6 - DA PROPOSTA COMERCIAL**

**6.1** A proposta comercial deverá ser apresentada no prazo estabelecido no item 2.1, contados a partir da publicação do presente edital no Portal de Convênios Plataforma + Brasil - SICONV. A proposta deverá ser digitada, com identificação da empresa, em (01) uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas e a última datada e assinada pelo Representante Legal da empresa. Não poderá ter emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões, ressalvas ou omissões e dela deverão constar:

**6.1.1** - Razão ou denominação social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) da empresa;

**6.1.2** - Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data estipulada para a entrega da proposta. Em caso de omissão da empresa, considerar-se-á o prazo mínimo exigido;

**6.1.3** - Prazo de entrega de todos os itens cotados, em perfeitas condições, não superior a **45 (quarenta e cinco)** dias corridos, contados a partir da data do recebimento, pelo contratado, da Ordem de Fornecimento;

**6.1.4** - Descrição do objeto ofertado, conforme especificação constante no Anexo I da Cotação Prévia, sendo obrigatório citar a marca, modelo e origem (nacional ou estrangeiro), bem como apresentar documentos comprobatórios e apontar nestes documentos o atendimento aos requisitos;

**6.1.5** - Preço unitário do item, objeto da presente Cotação Prévia de Preços, em moeda corrente nacional, devendo nele estar incluída toda a despesa, tais como impostos, taxas, embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do objeto;

**6.1.6** - Serão consideradas para julgamento somente duas casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00);

**6.1.7** - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para o item objeto deste certame;



**6.1.8** - A proposta não poderá cotar quantidades inferiores às estabelecidas no Anexo I da Cotação Prévia;

**6.1.9** - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido o por extenso;

**6.1.10** - Apresentada proposta, ainda que omissa na sua descrição, a empresa compromete-se a fornecer, sem preterição, o bem objeto da Cotação Prévia de Preços, discriminado no Anexo I;

**6.1.11** - Caso a Instituição entenda ser necessário, poderá ser exigido da empresa vencedora do certame a composição detalhada dos preços ofertados:

**6.1.12** - A empresa deverá anexar, em sua proposta, catálogo ou prospecto contendo fotos dos equipamentos e componentes cotados, sob pena de desclassificação da proposta, nos casos da não apresentação.

## 7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**7.1** - A Documentação de Habilitação deverá ser entregue pela empresa junto com a proposta comercial, em envelopes/pastas/arquivos separados.

**7.2** - A documentação de Habilitação da empresa deverá ser enviada para o e-mail [cotacaoprevia@hnss.org.br](mailto:cotacaoprevia@hnss.org.br) ou pelo correio, devidamente identificada (CNPJ, Razão Social, nome do Representante legal, endereço, telefone, fax e e-mail), aos cuidados do setor de contratos e convênios.

**7.3** - Devem ser apresentadas as cópias autenticadas (impressas ou digitalizadas) ou o original dos seguintes documentos:

**7.3.1** - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**7.3.2** - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;

**7.3.2.1.** - Para comprovar a regularidade com a Fazenda Federal, deverá ser apresentada a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;

**7.3.3** - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ;

**7.3.4** - Certidão de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física/pessoa jurídica;

**7.3.5 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para contratar com o Poder Público, ou suspensão do direito de contratar com a Administração Federal; nos termos da Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Conforme Anexo III);**

**7.3.6 - Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos da Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal (Conforme Anexo IV);**

## **8.1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA**

**8.1.1 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa participante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76.**

**8.1.2 - Autorização de Funcionamento da empresa participante, expedida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 Decreto Federal nº. 79.094/7 e Lei Federal nº. 9.782/99, revogado e substituído pelo Decreto Nº 8.077, de 14 de agosto de 2013;**

**8.1.3 - Atestado (s) de Capacidade Técnica, comprovando que o proponente já tenha fornecido o mesmo tipo de equipamento e marca no mercado brasileiro, através da apresentação **de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior emitido por Hospitais, Clínicas ou Laboratórios de direito público ou privado.** Tal atestado deve ser comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente Cotação Prévia de Preços.**

**8.1.4 - Certificado do Registro do Equipamento ofertado, ou Certificado de Isenção de Registro, conforme o caso, emitidos pela ANVISA/MS, ou sua publicação no DOU.**

**8.1.5 - Cópia Simples do manual de operação com o mesmo conteúdo daquele registrado na ANVISA, em papel ou CD, para comprovação do atendimento às exigências relativas às especificações técnicas que comprove os requisitos técnicos exigidos no Edital. Caso o manual apresentado não seja o mesmo disponibilizado no site da ANVISA, deverá a empresa vencedora apresentar o documento de aprovação emitido por aquele órgão.**

**8.1.6 - Declaração do fabricante ou representante legal de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por um período não inferior a 05 (cinco) anos.**

**8.1.7 - Declaração fornecida e assinada pela empresa vencedora ou responsável legal no país, indicando o nome da assistência técnica credenciada na região de Diamantina/MG para assistência imediata à **Irmadade de Nossa Senhora da Saúde**. Deverão estar contidos nesta autorização todos os dados da empresa como nome, endereço completo, telefone e responsável técnico.**

**8.1.8** - Declaração de que o equipamento ofertado será entregue devidamente instalado, conectado e colocado em pleno funcionamento nos locais determinados, estando todos os custos de tal operação, incluídos nas propostas apresentadas.

**8.1.9** - Declaração de que possui pessoal técnico especializado para oferecer treinamento aos colaboradores da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde para operação dos Equipamentos no local da instalação dos mesmos, sem ônus para a Instituição.

**8.1.10** - Declaração da empresa vencedora de que todos os equipamentos são novos, ou seja, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontra-se em perfeitas condições de uso, responsabilizando-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para a Instituição.

**8.1.11** - Declaração de garantia integral para o equipamento, de no mínimo **(12) meses**, contados a partir da data de sua instalação definitivo pela comissão técnica da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde.

**8.1.12** - Catálogo OU prospecto contendo fotos do EQUIPAMENTO e Componentes cotados.

## **9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA**

**9.1** - O critério de julgamento e classificação das Propostas será o de **MENOR PREÇO ofertado, desde que, observados os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Anexo I e as condições expostas no Anexo II.**

**9.2** - Serão desclassificadas as propostas que:

**9.2.1** - Não atenderem às exigências fixadas nesta Cotação Prévia;

**9.2.2** - Impuser condições, oferecer vantagens ou alternativas não previstas; que tenham interpretação dúbia ou que estejam rasuradas; ou, ainda, que contrariem no todo ou em parte a presente Cotação Prévia;

**9.2.3** - Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

**9.3** - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita por:

**9.3.1**- Disputa final, em que licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

**9.3.2**- Maior tempo da empresa no mercado, na comercialização do item em questão;

**9.3.3**- Produzidos no país;

**9.3.4** - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

9.3.5- Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.3.6 - Avaliação técnica das referências profissionais da área de atuação.

9.4 - Havendo apenas uma oferta e desde que ela atenda a todos os termos da Cotação Prévia e que seu preço seja compatível com o valor disponível para a aquisição do objeto, ela poderá ser aceita.

## 10 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA / DEMONSTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO

10.1- A Irmandade de Nossa Senhora da Saúde poderá solicitar, em caso de dúvidas referentes à utilização do equipamento, uma demonstração presencial da empresa classificada. Na impossibilidade de demonstração presencial, a Irmandade poderá solicitar da empresa classificada a indicação formal contendo pelo menos 03 (três) instituições que possuem o mesmo equipamento ofertado e que esteja em plena operação há pelo menos 06 (seis) meses. Esse Documento deverá conter os seguintes dados: Nome do hospital, clínica ou similar, marca e modelo do equipamento, endereço, telefone e e-mail do responsável pelas informações técnicas e de funcionamento do equipamento. As informações deverão ser repassadas para o profissional a ser indicado pela Irmandade, em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à solicitação.

10.2 - Caso as informações repassadas pelo usuário não sejam suficientes para a conclusão sobre a performance do equipamento, a Irmandade poderá indicar (01) preposto que irá representá-la em visita “*in loco*” para avaliar o funcionamento e realizar um laudo técnico conclusivo sobre a performance de funcionamento do equipamento a ser licitado.

10.3 - Todos os custos envolvidos na visita técnica indicada no item anterior correrão por conta da empresa classificada.

## 11 - DO RESULTADO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

11.1 - A decisão da seleção da proposta mais vantajosa, proferida pela Comissão de Compras, deverá ser bem fundamentada, segundo os critérios definidos nesta Cotação Prévia.

11.2 - O resultado da avaliação dos documentos de habilitação e das propostas será publicado no site da instituição e encaminhado às empresas via e-mail ou por ofício.

11.3 - O resultado da seleção será registrado na Plataforma + Brasil - Portal do SICONV, bem como todo o processo de seleção.

## 12 - DOS RECURSOS



12.1 - Divulgado o resultado da avaliação das propostas, o participante que desejar recorrer deverá fazê-lo em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, por escrito, com a devida fundamentação e documentação hábil, sendo incabíveis argumentações genéricas e sem embasamento legal ou fático suficientes.

12.2 - O recurso deverá ser enviado aos cuidados da Comissão de Aquisição, através do e-mail cotacaoprevia@hnss.org.br, devidamente assinado, ou protocolado diretamente no Setor de Convênios desta Instituição no endereço: Praça Redelvim Andrade 564, Bairro Centro, Cidade Diamantina, Minas Gerais, CEP 39.100-000 no prazo de até dois dias úteis após a publicação do resultado pela Comissão de Processo de Aquisição.

12.3 - Recebido o recurso pela Comissão de Aquisição, se atendidos os pressupostos, esse será conhecido, lhe será atribuído efeito suspensivo e será imediatamente comunicado por e-mail o participante vencedor da Cotação Prévia de Preços, sendo-lhe concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis para resposta.

12.4 - O acolhimento do recurso importará na revisão do resultado da Cotação Prévia de Preços ou na sua invalidação, a critério da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde.

12.5 - O resultado do julgamento do recurso será disponibilizado e registrado através da Plataforma + Brasil - SICONV, bem como todo o processo de seleção.

## 12 - DO CONTRATO

12.1 - Encerrado o procedimento da Cotação Prévia de Preços, o representante legal do participante que tiver apresentado a proposta vencedora, deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, que é parte integrante deste Instrumento, dentro do **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis** a contar do recebimento da comunicação com a Ordem de compra, através do correio eletrônico.

12.2 - O participante vencedor deverá manter as condições apresentadas na participação da Cotação Prévia de Preços ao longo de toda a execução contratual.

12.3 - Caso o vencedor se recuse a assinar o contrato, é prerrogativa da Instituição convocar os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. Nesta hipótese, o remanescente deverá manter sua proposta apresentada, podendo, ainda, haver negociações para reduzi-la.

### **13 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e terá início na data da instalação do equipamento, com o seu término coincidente com o prazo de garantia dos mesmos.

### **14 - DA FORMA DE PAGAMENTO**

**14.1** - O pagamento somente será realizado após o integral processo de compras, procedimento de validação (Aceite), recebimento do recurso financeiro disponibilizado pelo Ministério da Saúde e, ainda, após atendimento ao disposto neste item 14.

**14.2** - Recebido o valor do recurso, o Setor de Contratos e Convênios entrará em contato com o fornecedor da proposta vencedora, efetuando o envio da ordem de compra e comunicando-o para que, no prazo próprio, envie a minuta de contrato devidamente assinada, providencie o envio do(s) item(s) objeto do contrato, acompanhado(s) de Nota Fiscal devidamente atestada e em observância ao disposto no presente.

**14.3** - A Nota Fiscal/Fatura será obrigatoriamente instruída com a respectiva Ordem de Compra, devendo discriminar o objeto e a quantidade efetivamente entregue.

**14.4** - A contratada encaminhará as Notas Fiscais/Faturas ao setor recebedor da mercadoria que conferirá e remeterá à Seção Financeira para pagamento.

**14.5** - Na nota fiscal deverão constar as seguintes informações:

1-Nº DO PROCESSO DE COMPRAS;

2-Nº DO CONVÊNIO;

3-ORIGEM DO RECURSO, NO CASO DESTE EDITAL: MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDO NACIONAL DE SAÚDE;

4-DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA.

**14.6** - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.

**14.7** - O pagamento será realizado para o fornecedor através de **OBTV** (Ordem Bancária de Transferência Voluntária), VIA PORTAL SICONV, em até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento definitivo (OU DA INSTALAÇÃO) do objeto constante na Ordem de Compra, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, desde que atendidas completamente às exigências da Cotação Prévia de nº001/2020 e apresentados os documentos fiscais pertinentes.

**14.8**- Caso ocorra a não aceitação de qualquer objeto, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

14.9 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

## 15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A presente Cotação Prévia poderá ser revogada por razões de interesse público ou da Instituição Irmandade de Nossa Senhora da Saúde.

15.2 - A Instituição poderá, ainda, revogar a presente Cotação Prévia de Preços quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

15.3 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

15.4 - A empresa vencedora se responsabiliza por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à Instituição e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

15.5 - A empresa se obriga a demonstrar, a qualquer tempo, o cumprimento das Leis e Regulamentos específicos, aplicáveis à comercialização do objeto desta Cotação Prévia de Preços.

15.6 - A Irmandade de Nossa Senhora da Saúde não se responsabilizará pelo não recebimento de e-mail, tampouco se por uso incorreto, indevido ou extemporâneo do meio, por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, ou mesmo extravio do alegado e-mail.

15.6.1 - Optando pelo envio de documentos via e-mail, caberá ao participante os riscos dessa opção. Inclusive, não recebendo o participante e-mail resposta acusando o recebimento, caberá a ele procurar informações ou confirmação nos contatos ou endereço da Instituição.

15.7 - As partes elegem o foro de Diamantina, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Cotação Prévia de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

15.8 - Todas as questões não tratadas especificamente por este edital e que tenham previsão expressa na Lei 8.666/93 serão regidas pelos dispositivos legais respectivos, em sua integralidade.

## 16 - DOS ANEXOS

Integram a presente Cotação Prévia:



- Anexo I - Especificações do Objeto / Condições de Entrega;
- Anexo II - Modelo da Proposta Comercial;
- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
- Anexo IV - Modelo de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII;
  
- Anexo V - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica
- Anexo VI - Modelo de Contrato de Fornecimento

Diamantina/MG, 29 de dezembro de 2020.

**Roggerio Aguilar Ferreira da Silva**  
**Presidente da Comissão de Processo de Aquisição da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde**

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

**1 - OBJETO E DEFINIÇÕES TÉCNICAS**

**ITEM 1: MESA DE MAYO**

**QUANTIDADE: 10 (DEZ)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Material de confecção: aço inoxidável, com 3 rodízios giratórios de rodas, com bandeja de inox. Altura regulável, garantia de 1 ano.

**ITEM 2: CARRO DE CURATIVOS**

**QUANTIDADE: 01 (um)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Material de confecção / acessórios: aço inoxidável / balde e bacia. Tampo e prateleira, pés, varandas e suporte para balde e bacia, 4 pés com rodízios.

**ITEM 3: MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO**

**QUANTIDADE: 01 (um)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo até 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, 02 unidades de cabo VVI - eletrodo ventricular; cintas para braço e cintura e maleta de transporte.

**ITEM 4: CILINDRO DE GASES MEDICINAIS**

**QUANTIDADE: 02 (dois)**

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacidade Hidráulica (L): 07 Litros;- Conexão para Válvula: ABNT 218-1.Características da Válvula:- Fabricada em aço, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm<sup>2</sup>;- Entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm<sup>2</sup>;- Válvula de segurança e Fluxômetro;- Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.Características do Umidificador:- Produto desenvolvido para as atividades de umidificação,gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal.- Tampa em nylon com conforme especificação;- Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM.Acompanha:01 Cilindro 03 Litros;01 Válvula Reguladora;01 Umidificador de O<sup>2</sup>.

### ITEM 5: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO

QUANTIDADE: 10 (dez)

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/nylon. Manômetro com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO); Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; -Divisão de Escala: 2 mmHg; - Precisão: ± 3 mmHg; - Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização; Acompanha Braçadeira (25 x 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente; Pera insufladora; Tubo; Certificado de calibração INMETRO; - Manual; Garantia de calibração por 5 anos.

### ITEM 6: NEBULIZADOR PORTÁTIL

QUANTIDADE: 05 (cinco)

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros / min; Tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; Características; Indicado para nebulização em residências; Copo dosador que facilita a colocação do medicamento (não derrama); Suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira; Total aproveitamento do medicamento; Máscaras macias, anatômicas e atóxicas; Leve, portátil e de fácil manuseio; Design inovador; Baixo consumo de energia.

**ITEM 7: CADEIRA DE RODAS ADULTO**

**QUANTIDADE: 02 (dois)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Construída em liga alumínio aeronáutico temperado ou aço; rolamentos blindados nas quatro rodas, e no eixo vertical do garfo; eixos de aço reforçado; pintura epóxi; revestimento de courvin para assento, encosto e almofada; estrutura dobrável em duplo "X"; rodas traseiras de nylon 24" com pneu antifurto; Aro de impulso cromado; rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de nylon; rodas antitombo; freios bilaterais; protetor lateral de roupas; regulagem de "Tilt"; pedal elevável e removível, com apoio de panturrilha injetado; apoio de braço escamoteáveis; possui Suporte de soro; possui suporte de oxigênio; possui bolso para prontuário; largura do assento 50 cm; profundidade do assento 50 cm; altura do encosto 50 cm; largura total da cadeira 70 cm; tolerância de peso de no mínimo 120 kg. Garantia de chassi: 12 meses.

**ITEM 8: ARMÁRIO**

**QUANTIDADE: 02 (dois)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Armário, com portas, confeccionado em aço; 02 portas, independentes, de abrir com fechadura e puxador; tratamento anticorrosivo e antiaderente; 4 prateleiras; equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras; capacidade mínima da prateleira: 40 kg; dimensões aproximadas: 1,98 (alt) x 0,90 (larg) x 0,40 (prof).

**ITEM 9: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO**

**QUANTIDADE: 10(dez)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes pediátricos e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, ventilação em dois níveis PSV, ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas - cpap; ventilação de back up no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle e

ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh<sup>2</sup>0; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2400 ml; frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,9 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 45 cmh<sup>2</sup>0; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; fio<sub>2</sub> de no mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 14 polegadas touch-screen; válvula expiratória eletrônica; monitoração de volume por sensor proximal ou distal e distal; principais parâmetros monitorados / calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio<sub>2</sub> com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i:e, resistência, complacência e auto peep. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, índice de TOBE e volume expiratório. Sistema de alarmes com pelo menos: alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa fio<sub>2</sub>, apneia, pressão de o<sub>2</sub> baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria. Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Deve armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Deve acompanhar no mínimo os acessórios: Braço articulado, pedestal com rodízios, 01 filtro inspiratório reutilizável, 01 filtro expiratório reutilizável, circuito paciente pediátrico/adulto, mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: nbr iec 60601-1; nbr iec 60601-1-2; grau de proteção ip21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

**ITEM 10: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL**

**QUANTIDADE: 03(três)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Foco de luz auxiliar para exames clínicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 a 220 volts. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Intensidade luminosa de aproximadamente 8.000 LUX. Peso líquido de aproximadamente 5 kg.

Projetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Certificado do Inmetro.

**ITEM 11: CARRO DE EMERGÊNCIA**

**QUANTIDADE: 02(dois)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50m, tábua de massagem: possui, suporte para cilindro: possui, suporte para desfibrilador: possui, gavetas: no mínimo 3, régua de gases: não possui, suporte de soro: possui. Fabricado em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência; Quatro rodízios, com travas 4 gavetas com lacre único (através do suporte de soro); Divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colméia; Bandeja superior para acomodação de equipamentos de ressuscitação cardio-pulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor); Tampo para manipulação de medicamentos em aço inoxidável AISI 304 com gradil de proteção nos lados e ao fundo; Suporte de Soro em aço inoxidável com altura regulável; Suporte para lixeira em aço inoxidável; Suporte de cilindro de oxigênio;



Filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção;  
- Tábua de ressuscitação cardio-pulmonar em poliestileno.

#### ITEM 12: COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO

QUANTIDADE: 02(dois)

##### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Que esteja em linha de produção pelo fabricante. computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possuir 1 disco rígido de 1 tb ou ssd 240 Gb, memória ram de 8 Gb, em 2 módulos idênticos de 4 Gb cada, do tipo SD RAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel. A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x16 ou superior, possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 Gb de memória. Possuir suporte ao Microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido; possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT 2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão ieee 802.11 b/g/n. Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser na cor preta. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

#### ITEM 13: APARELHO PARA HEMODIÁLISE

QUANTIDADE: 01(um)

##### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais com as seguintes características: painel com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por microprocessador, gabinete construído em material com rigidez para

absorver impactos, dotado de rodízios com freio. Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido, bomba de infusão de heparina, programável para uso com seringas comerciais, rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente, após sua inserção, capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos; monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável; monitoração, em tempo real, da medida de ktv, clearance de uréia e sódio plasmático; variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos; indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise; monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; auto check (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais; sistema de desinfecção totalmente automatizado e com início pré-programado; detector de bolhas de ar por ultrassom, com bloqueio da linha venosa; monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e by-pass, sistema de by-pass automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura); dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise-programado. Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência; proteção contra operação de diálise quando em modo desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise; possibilidade para punção única e diálise sequencial automatizada; bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pelo solicitante.

**ITEM 14: CARDIOVERSOR**

**QUANTIDADE: 02(dois)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Comando nas pás: carga e disparo, com memória de ECG; bateria; possui marcapasso transcutâneo; com modulo DEA/oximetria; possui impressora; bifásico; saída para monitorização.

**ITEM 15: BOMBA DE INFUSÃO**

**QUANTIDADE: 12(doze)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Bateria: possui, kvo: possui, alarmes: possui, bolus: possui, programação da infusão; utilização de equipo universal. Produto equipado com alça de transporte. Equipado com display de cristal líquido; Teclado de membrana de fácil manuseio; sistema de bombeamento peristáltico linear; Equipado com sensor de pressão; clamp de proteção contra fluxo livre. Sensor de ar por ultrassom; Segurança mesmo na utilização de soluções opacas ou equipos fotoprotetores. Fonte de alimentação acoplada ao suporte da haste.

**ITEM 16: OXÍMETRO DE PULSO**

**QUANTIDADE: 14(quatorze)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca; SpO2: Intervalo: 0- 00%; Precisão:  $\pm 2\%$  em 70-100%; Resolução: 1%; - Pulsação : 30-250bpm; - Precisão:  $\pm 2$ bpm; Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm; Bateria recarregável (tipo AA); - Carregador; - Capa Protetora; - Sensor Adulto e Pediátrico.

**ITEM 17: ELETROCARDÍOGRAFO**

**QUANTIDADE: 02(dois)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Aquisição de 12 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) simultaneamente através do Cabo 10 vias; Impressora térmica integrada para bobina; Com possibilidade de funcionamento em modos ritmo, manual e automático; Com função do laudo interpretativo do exame, para pacientes adultos e pediátricos; Com ajustes de velocidade e tamanho; Proteção contra descarga de desfibrilador; Memória no próprio equipamento sem a necessidade de conexão com equipamentos externos (impressoras, PC, etc.); Memória interna de no mínimo 200 exames armazenados; Bateria interna com autonomia mínima 100 impressões; Análise contínua de no mínimo 5 minutos de eventos do paciente; Relatório de ECG completo de todas as derivações por

no mínimo 10 segundos; Análise do segmento ST através de dados numéricos e gráficos com o mapa ST; Tela colorida de no mínimo 7,0” sensível ao toque para visualização de exames antes da impressão e configuração do equipamento; Visualização do posicionamento dos eletrodos na tela do equipamento para auxílio do usuário, informando o status de cada derivação. Possibilidade de exportar exames através formato digital, PDF, através de USB/Wi-fi para impressora externa em papel A4. Comunicação através da conexão TCP/IP, pela rede ethernet/ Lan ou rede wireless para integração com HIS (sistema Hospitalar). Possibilidade futura para upgrade de envio de dados via protocolo Dicom e leitor de código de barras. Com alça de transporte.

**Características Elétricas:** 110 a 240 VAC (Automático) 50 a 60 Hz 50 a 120 VA

**Acessórios adulto e pediátrico:** 3 (três) unidades Cabo Paciente adulto e 03 (três) unidades pediátrico; 10 vias pronto para utilizar com eletrodos descartáveis; 6 (seis) peras de sucção; 4 (quatro) Braçadeiras membros; 1 (um) Cabo força; Bloco / Rolo de papel térmico; 1 carro móvel.

**Certificações e Registros (comprovação exigida apenas da licitante vencedora):** Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Registro Definitivo na ANVISA.

**ITEM 18: ESTETOSCÓPIO ADULTO**

**QUANTIDADE:** 10(dez)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Revestimento anti-frio, criado para o conforto do paciente; Não contém látex. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza - 01 Estetoscópio; - 02 pares de olivas; manual de instruções.

**ITEM 19: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO**

**QUANTIDADE:** 01 (um)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Construída em liga alumínio aeronáutico temperado ou aço; rolamentos blindados nas quatro rodas, e no eixo vertical do garfo; eixos de aço reforçado; pintura epóxi; estofamento 100% impermeável; estrutura tipo monobloco com encosto rebatível; rodas traseiras de 24” infláveis ou anti-furo; rodas dianteiras de 6” maciças, com garfo de

alumínio; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; freios bilaterais; apoio de braços removíveis e/ou rebatíveis; protetor de roupas incorporado ao apoio de braços; apoio de pés rebatível regulável na altura; faixa de panturrilha; possui Suporte de soro; possui Suporte de oxigênio; possui bolso para prontuário. Medidas: Largura Assento: 60 cm; Largura total total da cadeira: máximo 80 cm; Profundidade assento: 50 cm; Altura encosto: 50 cm; Profundidade total: máximo 105 cm; Tolerância de peso (kg): mínimo 160 kg. Garantia estrutura: 36 meses.

**ITEM 20: MEDIDOR DE CUFF**

QUANTIDADE: 01 (um)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff com variação da escala de no mínimo 0 a 100 cmH<sub>2</sub>O. Monitor de pressão integrado. Bomba de calibração com botão de alívio de pressão.

**ITEM 21: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO**

QUANTIDADE: 02 (dois)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO); - Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; - Divisão de Escala: 2 mmHg; - Precisão:  $\pm 3$  mmHg; - Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização; Acompanha Braçadeira (32 a 43cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente; - Pera insufladora; - Tubo; - Certificado de calibração INMETRO; - Manual - Garantia de calibração por 5 anos.

**ITEM 22: MESA DE ESCRITÓRIO**

QUANTIDADE: 04 (quatro)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Mesa em L para Escritório 2 Gavetas com puxadores e chaves; confeccionada em MDF ou MDP; cor Cinza ou branco (A definir no momento da compra); Altura: 75 cm; Largura: de 140 a 145 cm; Profundidade: de 135 a 138; Suporte de peso: mínimo 30kg; Montagem Flex; suporte para teclado.





**ITEM 23: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)**

**QUANTIDADE: 13 (treze)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua compressão; Totalmente Livre de látex; Auto inflável com pop off; Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Balão em silicone, auto inflável com pop off; Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Reservatórios de O2 com válvula; - Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio; Máscara faciais de silicone translúcida; Para pacientes de todos os tamanhos e pesos; Formato anatômico proporciona uma excelente vedação; 100% autoclavável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Composição: Silicone/PVC; - Volume do balão: 1800 ml; Volume de Entrega: 1050 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; - Temperatura Operacional: -18°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60. Garantia: 1 ANO.

**ITEM 24: OSMOSE REVERSA**

**QUANTIDADE: 01(um)**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Osmose portátil para diálise em CTI com capacidade para alimentar no mínimo 2 máquinas de diálise simultaneamente; bomba de alta pressão na alimentação da membrana; bomba auxiliar na alimentação do sistema, para corrigir a pressão; manômetros para controle e monitoramento das pressões do sistema; mínimo de 3 peças condutivimetro online digital, com alarme visual e sonoro de condutividade alta; dispositivo para proteção das bombas por eventual falta de água na alimentação. Pré filtros com no mínimo 01 cartucho de 5 micra e 2 cartuchos s de carvão block; gabinete fechado com rodízios; membrana 4.0"x21" - mínimo de 1 peça. Alimentação elétrica a ser definida pelo comprador no momento da aquisição.

**ITEM 25: LANTERNA CLÍNICA**

**QUANTIDADE:** 03(três)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Lâmpada de LED; Corpo de plástico; Acionamento no prendedor (pressionando); Resistente e de alta durabilidade; Baixo consumo de energia; Alta iluminação; Alimentação: 2X AAA; Clipe de bolso.

**ITEM 26: BANQUETA**

**QUANTIDADE:** 08(oito)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Confecção em aço; assento giratório; com encosto; Regulagem de altura por meio de pistão a gás; Regulagem de altura do encosto por meio de pistão a gás; Regulagem de inclinação do encosto por meio de pistão a gás; Assento e encosto acolchoado; Assento e encosto revestido com couro ecológico; Suporte de peso de no mínimo 100Kg; Altura mínima do assento ao solo: 65 cm + ou - 5cm; Altura máxima do assento ao solo: 75 cm + ou - 5 cm; com rodízios; com aro para apoio dos pés; largura total 60 cm + ou - 3cm; profundidade total 60 cm + ou - 3 cm.

**ITEM 27: MONITOR MULTIPARÂMETROS**

**QUANTIDADE:** 06(seis)

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Monitor de no mínimo 15 polegadas, sensível ao toque. Deve ser preferencialmente pré-configurado ou módulo compacto. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 8 curvas em tela com 6 valores numéricos. Deve possibilitar “números grandes” e possuir tecla de congelamento da tela; deve realizar cálculo de drogas. Deve permitir visualização entre leitos de ao menos 12 outros leitos (monitores) na tela do monitor e sem a necessidade de se conectar a uma central de monitorização. Deve permitir interface com ventilador pulmonar e central de monitorização devidamente registrada na ANVISA. Armazenamento de no mínimo 72 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros. Deve possuir os seguintes parâmetros básicos ECG/ respiração por impedância, SpO<sub>2</sub>, PNI (pressão não invasiva) 2 canais de Temperaturas e parâmetros avançados como Pressão Invasiva, PIA. Alimentação bivolt automático. **Características técnicas mínimas dos parâmetros:**

**ECG:** No mínimo 7 derivações; ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. Faixa de leitura mínima da Frequência cardíaca: 20 a 300bpm; Alarme de mínimo e máximo; permite detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; permite análise de segmento ST em todas as derivações; Reconhecimento de pulso de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador.

**Respiração (impedância):** Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Faixa de leitura: 1 a 150 rpm; alarmes de mínimo e máximo; no mínimo 4 ajustes de sensibilidade do traçado ( $\times 1/2$ ,  $\times 1$ ,  $\times 2$ ,  $\times 4$ ). Detecção e alarme de apneia com tempo programável.

**Oximetria de pulso:** Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor Oximax ou Masimo SET ou FAST ou BluPRO. Os sensores devem ser originais de cada fabricante e não serão aceitos acessórios genéricos e/ou compatíveis. Deve apresentar a curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; deve apresentar faixa de leitura de 1 a 100%, com acurácia:  $\pm 2\%$  entre 80 a 100% e  $\pm 3\%$  entre 70 e 80%. Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Indicação de índice de perfusão.

**Pressão Não Invasiva:** Deve possuir método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 10 a 270mmHg; Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg. Deve permitir mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário.

**Temperatura:** 02 canais de temperaturas; faixa de mensuração de 0 a 45°C, no mínimo.

**Pressão Invasiva:** canal de pressão invasiva com calibração simultânea; Faixa de medição: -50 a 300mmHg; deve permitir rotulagem; permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média.

**O monitor deve conter os seguintes acessórios:** 01 Cabo de ECG de 5 vias com pré-cabo (cabo tronco); 01 Sensor de Temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho adulto com pré-cabo (cabo tronco); 01 Mangueira de ar para edição de PNI e 01 Manguito reutilizável tamanho adulto; 01 Cabo para Pressão Invasiva compatível com transdutor de PI utilizado na instituição; 01 bateria; 01 suporte de monitor; 01 Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT; O equipamento deve ter registro na ANVISA Ministério da Saúde; Garantia mínima de 1 anos. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no estado de origem do certame (local).



### ITEM 28: VENTILÔMETRO - RESPIRÔMETRO

QUANTIDADE: 01(um)

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento.

### ITEM 29: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI

QUANTIDADE: 07(sete)

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Mínimo 15 polegadas, sensível ao toque. Deve ser preferencialmente pré-configurado ou módulo compacto. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 8 curvas em tela com 6 valores numéricos. Deve possibilitar “números grandes” e possuir tecla de congelamento da tela; deve realizar cálculo de drogas. Deve permitir visualização entre leitos de ao menos 12 outros leitos (monitores) na tela do monitor e sem a necessidade de se conectar a uma central de monitorização. Deve permitir interface com ventilador pulmonar e central de monitorização devidamente registrada na ANVISA. Armazenamento de no mínimo 72 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros. Deve possuir os seguintes parâmetros básicos ECG/ respiração por impedância, SpO<sub>2</sub>, PNI (pressão não invasiva) 2 canais de Temperaturas e parâmetros avançados como Pressão Invasiva. Possibilidade futura dos seguintes parâmetros: Análise de gases, Fluxo/Paw, TNM, ventilação, EEG, etCO<sub>2</sub> (Mainstream), BIS, Débito Cardíaco por termodiluição e Débito Cardíaco Contínuo sem a necessidade de modificações profundas na configuração dos componentes (módulos pré-configurados). Débito cardíaco não invasivo (ESCCO). Frequência de Pulso, Variação de Pressão de Pulso. Bateria recarregável com autonomia mínima de 60 minutos. Alimentação bivolt automático. **Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG:** No mínimo 7 derivações; ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. Faixa de leitura mínima da Frequência cardíaca: 20 a 300bpm; Alarme de mínimo e máximo; permite detecção



automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; permite análise de segmento ST em todas as derivações; Reconhecimento de pulso de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. **Respiração (impedância):** Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Faixa de leitura: 1 a 150 rpm; alarmes de mínimo e máximo; no mínimo 4 ajustes de sensibilidade do traçado ( $\times 1/2$ ,  $\times 1$ ,  $\times 2$ ,  $\times 4$ ). Detecção e alarme de apneia com tempo programável. **Oximetria de pulso:** Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor Oximax ou Masimo SET ou FAST ou BluPRO. Os sensores devem ser originais de cada fabricante e não serão aceitos acessórios genéricos e/ou compatíveis. Deve apresentar a curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; deve apresentar faixa de leitura de 1 a 100%, com acurácia:  $\pm 2\%$  entre 80 a 100% e  $\pm 3\%$  entre 70 e 80%. Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Indicação de índice de perfusão. **Pressão Não Invasiva:** Deve possuir método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 10 a 270mmHg; Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg. Deve permitir mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. **Temperatura:** 02 canais de temperaturas; faixa de mensuração de 0 a 45°C, no mínimo. **Pressão Invasiva:** canal de pressão invasiva com calibração simultânea; Faixa de medição: -50 a 300mmHg; deve permitir rotulagem; permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média. **Varição de Pressão de Pulso (VPP):** Deve possuir tecnologia de medição da Variação de pressão de Pulso (PPV). **O monitor deve conter os seguintes acessórios:** 01 Cabo de ECG de 5 vias com pré-cabo (cabo tronco); 01 Sensor de Temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho adulto com pré-cabo (cabo tronco); cateter nasal de alto fluxo; 01 Mangueira de ar para edição de PNI e 01 Manguito reutilizável tamanho adulto; 01 Cabo para Pressão Invasiva compatível com transdutor de PI utilizado na instituição; 01 bateria; 01 suporte de monitor; 01 Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT; O equipamento deve ter registro na ANVISA - Ministério da Saúde; Garantia mínima de 1 ano. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no estado de origem do certame (local).

### ITEM 30: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA

QUANTIDADE: 10 (dez)

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Cama fowler 3 manivelas: cabeceira e peseira: removíveis, construídas em material termoplástico; leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono perfurado e pintado. RODÍZIOS de 3" polegadas termoplástico, com banda de rodagem dupla, sendo duas com freios diagonalmente. BASE recuada construída em tubos retangulares de aço pintado; PARA-CHOQUE em termoplástico nos quatro cantos da cama. MOVIMENTOS executados por 3 manivelas escamoteáveis e cromadas. POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, proclive, trendelemburg ou elevação do leito. GRADES: dois pares em termoplástico, com sistema retrátil; ACABAMENTO: tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. MEDIDAS INTERNAS: 2,00x0,90x0,65m. CAPACIDADE DE CARGA: mínimo 180kg. Com suporte de soro; Com colchão D33. Com registro na ANVISA

#### 1.2 - CONDIÇÕES DA ENTREGA

1.2.1 - A entrega do EQUIPAMENTO deverá ser única e realizada no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco), dias contados do recebimento da ordem de compra.

1.2.2 - A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos de transporte, instalação do equipamento, adequação técnica, e fornecer, gratuitamente, treinamento técnico e operacional para a sua utilização aos prepostos indicados pela Instituição.

1.2.3 - Caso seja verificado pela equipe técnica da Instituição, durante o recebimento do equipamento que algum componente, peça ou parte do equipamento esteja com características de ser recondicionada, remanufaturado ou reaproveitada de outro equipamento, ou seja, de não ser um novo equipamento, haverá o cancelamento imediato da compra e devolução do equipamento.

#### 1.3 - DOCUMENTOS A APRESENTAR JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO EQUIPAMENTO

1.3.1 - Declaração de garantia integral para o equipamento, de no mínimo de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de seu recebimento definitivo pela comissão técnica do Hospital e compromisso de substituição imediata ou de reparos a critério do Hospital.





ANEXO II

**MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL - (em papel timbrado da empresa)**

**1 - DENOMINAÇÃO DA EMPRESA**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

FONE e FAX:

E-MAIL:

**2 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO**

NOME:

CPF:

RG:

FONE e FAX:

**3- DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO:

AGENCIA:

CONTA-CORRENTE:

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (SE HOUVER):

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que existem fatos que impeçam a participação da empresa nesta Cotação Prévia de Preços, bem como que a empresa é empresa idônea para todos os fins de Direito.



MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QUANT	NOME GENÉRICO	MARCA	MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		DESCREVER O EQUIPAMENTO OFERTADO EM ITENS E SUB ITENS CONFORME MODELO ANEXO I.				

a) Valor Total da Proposta: **(por extenso)** \_\_\_\_\_

b) Prazo de Entrega: **45 (trinta)** dias corridos após o recebimento da Ordem de Compra.

c) Validade da proposta (mínimo 60 dias): \_\_\_\_\_

d) **Garantia mínima de 12 meses.** Entende-se por garantia integral do equipamento todos os componentes do mesmo (inclusive bateria). Deve estar incluso na garantia os kits de manutenção preventiva (caso aplicável) e sua instalação.

- Declaro, sob as penas da lei, que o Equipamento ofertado atende todas as especificações exigidas nesta Cotação Prévia e seu Anexo I.
- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

....., de ..... de 2020.

**Nome do Diretor ou Representante Legal**

**Assinatura do Diretor ou Representante Legal**



**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A empresa ....., CNPJ nº.  
....., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data,  
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo de cotação prévia, ciente  
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, que cumpre plenamente  
os requisitos para a habilitação previstos neste Edital.

Local e Data

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º. DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa....., CNPJ nº.  
....., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há  
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de  
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Local e Data

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal



ANEXO V - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ..... estabelecida (Rua, Nº. CEP, Bairro, Município, Estado), inscrita no CNPJ sob o nº. .... e Inscrição Estadual nº. ...., já forneceu o (s) Item (s) abaixo discriminado (s), na (s) data (s) ....., cumprindo todas as condições que lhe foram impostas, relativas à qualidade, quantidade, assistência Técnica e prazo de entrega.

ITEM (S):

Descrição Equipamento	Marca	Modelo	Origem

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal

Assinatura e Carimbo do Representante Legal

Em papel timbrado e com todos os dados relativos à pessoa jurídica emitente.

**ANEXO VI - MINUTA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO**

**COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 17/2020**

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, de um lado e na condição de **COMPRADORA**, a **IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE**, instituição privada sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ sob o número 20.081.238/0001-04, com sede na Praça Redelvim Andrade, nº 564, Bairro Centro, na cidade de Diamantina/Minas Gerais, neste ato representada por seu(sua) Provedor(a)....., inscrito no CPF sob o nº..... e; de outro lado, na condição de **VENDEDOR(A)** a **EMPRESA**....., com sede na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada na forma disposta em seu contrato social vigente, pelo(a) Sr(a)....., portador(a) do CPF nº....., têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE COMPRA E VENDA**, vinculado a **COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 17/2020**, nos termos do Decreto Federal nº 6.170/07 e pela portaria 424 de 30/12/2016 e demais normas aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO I da **COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 17/2020**, que juntamente com a proposta do(a) **VENDEDOR(A)**, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO**

- I. Os preços referidos na proposta incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato.
- II. O pagamento somente será realizado para o fornecedor, após o recebimento do recurso financeiro disponibilizado pelo Ministério da Saúde e após entrega, instalação e testes do objeto desta Cotação (aceite técnico definitivo), mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura e termo de entrega. O mesmo será realizado através de OBTV -



Ordem Bancária de Transferência Voluntária, realizada via Plataforma + Brasil - SICONV, diretamente na conta do vendedor (a).

- III. O preço global do presente contrato é de R\$ xxxxxxxx(xxxxxxxxxx) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta do(a) VENDEDOR(A), referente ao (s) item de nº. 01 (um), sendo os seguintes valores unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

#### CLÁUSULA 3ª - DAS DESPESAS

As despesas decorrentes do presente processo, tais como frete, instalação e treinamento para os técnicos, correrão à conta do vendedor.

- I. O referido treinamento acontecerá na Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, com data a ser combinada.
- II. A empresa deverá fornecer garantia dos equipamentos sem ônus em caso de danificação.
- III. A manutenção preventiva e corretiva será realizada pela empresa vencedora e será sem ônus para a compradora, com o prazo mínimo de 01 ano.

#### CLÁUSULA 4ª - DA NOVAÇÃO

Toda e qualquer tolerância por parte da COMPRADORA na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, tampouco, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

#### CLÁUSULA 5ª - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- I) O (a) VENDEDOR(A) obriga-se a entregar os bens discriminados neste contrato em **até 45 (quarenta e cinco) dias** corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de



Pagamento, na Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, situada na Praça Redelvim Andrade, 564, Bairro Centro, Cidade de Diamantina, Minas Gerais, no horário de 07:00 - 12:00 e 14:00 e 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, que adotará os seguintes procedimentos:

1. Provisoriamente: O objeto da presente aquisição será recebido provisoriamente no ato da entrega, no local e endereço indicados no subitem II;
  2. Definitivamente: No prazo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento provisório pela Comissão Técnica da compradora, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo e ateste na Nota Fiscal, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das condições e especificações previstas na Cotação Prévia, bem como a regular instalação.
- II) Constatadas irregularidades no objeto contratual, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual serão consignadas as desconformidades, podendo a COMPRADORA:**
1. Rejeitar o produto no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
  2. No caso de diferença de quantidade ou de partes, a COMPRADORA determinará sua complementação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
  3. Na hipótese de substituição, o(a) VENDEDOR(A) deverá fazê-la em conformidade com a indicação da COMPRADORA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, mantido o preço inicialmente contratado.
    - 3.1. Quando houver substituição serão realizadas novamente as verificações anteriormente referidas.
    - 3.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o(a) VENDEDOR(A) incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste contrato.
- III) Em caso de irregularidade não sanada pelo(a) VENDEDOR(A), o setor responsável da COMPRADORA reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à DIREÇÃO para as providências cabíveis.**
- IV) Em caso de necessidade de providências por parte do(a) VENDEDOR(A), os prazos de pagamento serão suspensos.**

- V) Caso o(a) VENDEDOR(A) verifique a absoluta impossibilidade de cumprir com a entrega do EQUIPAMENTO solicitado, no prazo contratualmente previsto, este deverá comunicar imediatamente por escrito, ao Setor de Compras da COMPRADORA, apresentando o motivo do não acatamento do pedido recebido.
- VI) Salvo por motivo justificado e aceito pela COMPRADORA, o não cumprimento pelo(a) VENDEDOR(A) da NOTA FISCAL constituirá grave infração contratual ensejando a rescisão do presente instrumento, a critério da COMPRADORA, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente Contrato, mais o que se apurar em perdas e danos, respondendo, ainda, o(a) VENDEDOR(A) pelas despesas com a aquisição dos objetos constantes do pedido não atendido.
- VII) Para todos os efeitos, inclusive aplicação de multa convencional, prevalecerá sempre o prazo de entrega expressamente estipulado na ORDEM DE PAGAMENTO.
- VIII) Verificada a recusa dos EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS objeto da ORDEM DE PAGAMENTO, todas as despesas com a devolução, como por exemplo, **reembalagem** e transporte, correrão por conta do(a) VENDEDOR(A), que ainda deverá retirá-lo dentro de até 05 (cinco) dias contados da notificação de recusa. Não ocorrendo no prazo estabelecido, o VENDEDOR (A) arcará com os custos de armazenagem, quebras e outros incidentes sobre os Equipamento/acessórios, a partir da data de confirmação da impropriedade.
- IX) O não atendimento de qualquer das condições previstas neste Contrato poderá acarretar, a critério da COMPRADORA, a retenção, parcial ou total, do pagamento até que seja solucionado o problema, sem prejuízo do direito da parte inocente de pleitear a rescisão deste instrumento, bem como das demais sanções contratuais e legais.

#### CLÁUSULA 6ª - DA INSTALAÇÃO

- I) O(a) VENDEDOR(A) obriga-se a montar, instalar e testar o EQUIPAMENTO no momento da instalação, através de pessoal capacitado e devidamente treinado **pelos fabricantes**, sob sua total responsabilidade, colocando-o em perfeitas condições de utilização e perfeito funcionamento, estando tais serviços incluídos no preço ajustado na Cláusula 2ª.
- II) A instalação, adequação técnica do EQUIPAMENTO e treinamento de pessoal indicado pela COMPRADORA são de exclusiva responsabilidade do(a) VENDEDOR(A), bem como este

(a) deverá fornecer, sempre que necessário, as recomendações técnicas e instruções de operação sem custos adicionais à COMPRADORA.

#### **CLÁUSULA 7ª - DA GARANTIA DO BEM**

- I) O prazo de garantia para o EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS **será de 12 meses**, a contar da data da instalação dos mesmos, incluindo sua manutenção preventiva e corretiva onde estiverem instalados e sem ônus extras pelas peças e/ou serviço.
- II) O(a) VENDEDOR(A) prestará garantia para todo o EQUIPAMENTO por ele(a) entregue, nos seguintes termos: sempre sob avaliação e a critério da equipe técnica responsável pelo recebimento, sem qualquer ônus a título de despesas extras para A COMPRADORA. A garantia, ainda, compreenderá todos os vícios aparentes e ocultos, devendo o Equipamento ter substituídas as peças com defeito, ou, se for o caso, ser substituídos por um novo, quando mostrarem falhas comprovadamente decorrentes de defeito de fabricação/produção e validade.

**Parágrafo Primeiro** - O prazo da garantia não se interrompe, nem se prorroga, pelos reparos ou substituições feitas pelo(a) VENDEDOR(A). Se o fato coberto pela garantia ocorrer no prazo desta, entende-se que o reparo ou substituição está abrangido pela garantia, mesmo se reclamado e/ou executado após decorrido o referido prazo.-

**Parágrafo segundo:** O(a) VENDEDOR(A) declara que possui as condições técnicas, o pessoal habilitado, a competência, a especialização e a experiência necessárias para a execução do objeto deste Contrato.

**Parágrafo Terceiro:** O (a) VENDEDOR(A) executará os reparos necessários no EQUIPAMENTO em visitas, revisões e demais manutenções, preventivas ou corretivas, através de pessoal tecnicamente capacitado, sem ônus para a COMPRADORA, independentemente do número de horas que forem necessárias para a execução de tais reparos.

**Parágrafo Quarto:** Os chamados para manutenção corretiva durante o período de garantia terão que ser atendidos e solucionados no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, sob pena do pagamento da multa de 0,3 %, por dia de atraso, calculada sob o valor pago pelo equipamento que estiver apresentando problema, podendo ser cobrada administrativa ou judicialmente, caso



a justificativa não seja aceita pela COMPRADORA, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades previstas nesta Cotação Prévia.

**Parágrafo Quinto:** A COMPRADORA permitirá o acesso de pessoal autorizado do(a) VENDEDOR(A) para realização dos serviços necessários de manutenção. A COMPRADORA designará funcionário como responsável pelos contatos com o pessoal técnico do(a) VENDEDOR, que poderá, inclusive, acompanhar os trabalhos de manutenção e reparos no EQUIPAMENTO, devendo os mesmos serem devidamente identificados através de crachá ou outro documento que comprove a vinculação com a empresa VENDEDORA.

#### CLÁUSULA 8ª - DO PAGAMENTO

- I) As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas com a respectiva Ordem de Pagamento, devendo discriminar a marca, o lote e a quantidade do EQUIPAMENTO efetivamente entregue.
- II) O(a) VENDEDOR(A) encaminhará a Nota Fiscal/Faturas ao setor recebedor da mercadoria que conferirá e remeterá ao Setor Financeiro para pagamento.
- III) Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.
- IV) Caso ocorra a não aceitação de qualquer EQUIPAMENTO, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pelo(a) VENDEDOR(A).
- V) Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do(a) VENDEDOR(A), o decurso de prazo será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

#### CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

##### I) DO(A) VENDEDOR(A):

- 1. Transferir para a COMPRADORA a propriedade do EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, objeto do presente contrato, nas quantidades e especificações descritas na Cláusula Segunda;
- 2. Entregar O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS no local determinado na COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº. 17/2020;
- 3. Instalar gratuitamente O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS fornecidos;

4. Observar, na realização do transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.
5. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do produto a si adjudicado, inclusive fretes e seguros, desde a origem até sua entrega no local de destino;
6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela COMPRADORA, no decorrer do contrato;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados à COMPRADORA e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenientes ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;
8. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências da COMPRADORA, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício;
9. Emitir Nota Fiscal com a mesma unidade de cotação de preços;
10. Dar pleno atendimento à COMPRADORA no tocante à apresentação do EQUIPAMENTO vendido e procedimentos de utilização, armazenamento e conservação, conforme cada caso concreto, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela COMPRADORA acerca do objeto deste contrato.
11. Cumprir as seguintes formalidades discriminadas abaixo, por ocasião do atendimento da ORDEM DE PAGAMENTO:
  - a. Mencionar o número da ORDEM DE PAGAMENTO em todos os documentos que acobertarem a operação;
  - b. Marcar, externamente, todo volume com o nome da COMPRADORA, discriminando o endereço de entrega, número do documento fiscal e eventuais advertências quanto às condições especiais de manuseio e armazenamento;
  - c. Responsabilizar-se como principal obrigado por produtos subcontratados a outros fornecedores;
12. Resgatar, imediatamente, as duplicatas ou outros documentos porventura colocados em cobrança externa ou interna, em havendo devolução, parcial ou total, de produtos constantes da ORDEM DE PAGAMENTO;
13. Assegurar a autenticidade e garantia mínima dos EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS entregues à COMPRADORA nos termos da Cláusula Sétima;
14. Observar estritamente o pedido contido na ORDEM DE PAGAMENTO, não sendo admitidas trocas de marcas nem de qualquer outra especificação feita pela COMPRADORA;

15. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas pela COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 17/2020;
16. Fornecer, gratuitamente, treinamento técnico e operacional para a utilização do EQUIPAMENTO vendido aos prepostos indicados pela COMPRADORA;
17. Garantir a qualidade do EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS vendidos, efetuando troca dos que apresentarem problemas.

**II) - DA COMPRADORA:**

1. Proporcionar, no que lhe couber, as condições necessárias para que o(a) VENDEDOR(A) possa cumprir as obrigações contidas neste Contrato;
2. Comunicar por escrito ao VENDEDOR(A) qualquer irregularidade verificada na execução do contrato;
3. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;
4. Fiscalizar a execução do contrato e documentar a ocorrência de problemas;
5. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste Contrato;
6. Guardar o EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS não aceitos até a retirada pelo(a) VENDEDOR(A).

**CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES**

- I) O atraso na entrega e a inexecução parcial ou total do Contrato caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirá a aplicação das seguintes sanções pela COMPRADORA:
  1. Advertência escrita, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
  2. Imposição de multa de 2% e de juros de 1% ao mês, em caso de descumprimento contratual;
  3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se VENDEDOR ao pagamento de indenização à COMPRADORA por perdas e danos;
  4. Impedimento de contratar com a Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, à empresa que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento dos procedimentos relativos à COTAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 17/2020, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.



5. Indenização à COMPRADORA da diferença de custo para contratação de outro fornecedor;
- II) As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao VENDEDOR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
  - III) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou pelo caso fortuito, desde que devidamente comprovados.
  - IV) A critério da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do EQUIPAMENTO for devidamente justificado pela empresa e aceito pela COMPRADORA, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

#### CLÁUSULA 11ª - DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e terá início a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditivo.

#### CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo da Diretoria da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, sob a responsabilidade do Setor de Contratos e Convênios denominado preposto, o qual deverá dirimir quaisquer dúvidas surgidas no curso de sua execução, exercendo em toda sua plenitude ação fiscalizadora.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O(a) VENDEDOR(A) deve ser informado (a) através do preposto da COMPRADORA de quaisquer irregularidades porventura levantadas na execução do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A ação fiscalizadora de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade do (a) VENDEDOR (A) por quaisquer irregularidades ou ainda as resultantes de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade da COMPRADORA ou de seu preposto e supervisores.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A COMPRADORA reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta do(a) VENDEDOR(A).

### CLÁUSULA 13ª - DAS ALTERAÇÕES

O Presente contrato poderá ser alterado, mediante aditivo.

### CLÁUSULA 14ª - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Direção da COMPRADORA na execução deste contrato, caberá recurso para a Provedoria da Irmandade, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

### CLÁUSULA 15ª - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente, caso as partes deixarem de cumprir as obrigações pactuadas.

**Parágrafo Único:** Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do(a) VENDEDOR, fica a COMPRADORA autorizada a reter os créditos que a mesma tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

### CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- I) O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem ético profissional, pela sua perfeita execução.
- II) A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do(a) VENDEDOR(A) não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
- III) É vedado à(ao) VENDEDOR(A) subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste contrato.
- IV) Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

### CLÁUSULA 17ª - DA PUBLICAÇÃO

A cópia deste Contrato será publicada no Portal de Compras do Governo Federal Plataforma + Brasil- SICONV, conforme nos termos do Decreto Federal nº 6.170/07 e pela portaria 424 de 30



de dezembro de 2016 e suas alterações em Portaria 558 de 10 de outubro de 2019, bem como pelas condições estabelecidas nesta Cotação Prévia e seus anexos.

**CLÁUSULA 18ª - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO**

As partes elegem o foro de Diamantina, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, são lavradas 02 (duas) vias deste contrato, todas de igual valor, que, depois de lidas e achadas de acordo, serão assinadas pelas partes contratantes abaixo.

Diamantina / MG, XX de XX de 2020.

Themis Maria Mandacarú Souza  
Provedora

CONTRATADA - NOME DA EMPRESA)  
NOME E CARGO

**TESTEMUNHAS:**

1ª) - Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

2ª) - Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_